

In ottemperanza al Decreto n. DM 133 del 19/04/2023, per il riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n.DVA-DEC-2011-0000041 del 14/02/2011;
con la presente si porta a conoscenza che la problematica precedentemente comunicata con nostri Prot. U0494.2024 del 04 Agosto 2024 e Prot. U0509.2024 del 10 Agosto 2024 su analizzatore NOx MIR 9000 CLD camino E1 secondo quanto in oggetto, è stata definitivamente risolta nella data del 10 Settembre 2024 con la sostituzione dei sensori di pressione della camera di misura senza rilevare ulteriore anomalie.
Dalla data del 10 Settembre 2024 è nuovamente in servizio l'analizzatore NOx MIR 9000 CLD su camino E1 che sostituisce l'analizzatore di riserva HORIBA PG250.

Cordiali Saluti,

Engie Produzione Spa