

SIT

SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA
Italian Calibration Service



CENTRO DI TARATURA 163

Calibration Centre



Spectra Srl
Laboratorio Certificazioni

Via Belvedere, 42
Arcore (MI) - Italia

Tel.: 039 613321

039 6133235
spectra@spectra.it
www.Spectra.it

ESTRATTO DEL CERTIFICATO DI TARATURA N. 4860

Extract of Calibration Certificate No. 4860

Data di Emissione 2009/09/29
Date of Issue
Destinatario Ambiente s.c.
Addressee
Via Frassina 21
Carrara

Condizioni ambientali durante la misura Environmental parameters during measurements

Pressione 996,4 hPa
Temperatura 23,5 °C
Umidità Relativa 44,8 %

Strumenti sottoposti a verifica

Instrumentation under test

Strumento	Costruttore	Modello	N°Serie/Matricola
Calibratore	LARSON DAVIS	L&D CAL 200	4481

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

Caglio Emilio



SIT

SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA
Italian Calibration Service



CENTRO DI TARATURA 163

Calibration Centre

Spectra Srl
Laboratorio Certificazioni

Tel.: 039 613321



Via Belvedere, 42
Arcore (MI) - Italia

039 6133235
spectra@spectra.it
www.Spectra.it

ESTRATTO DEL CERTIFICATO DI TARATURA N. 4090

Extract of Calibration Certificate No. 4090

Data di Emissione 2009/02/04
Date of Issue
Destinatario Ambiente s.c.
Addressee

Via Frassina 21
Carrara

Condizioni ambientali durante la misura

Environmental parameters during measurements

Pressione 979,2 hPa
Temperatura 23,3 °C
Umidità Relativa 36,6 %


Strumenti sottoposti a verifica

Instrumentation under test

Strumento	Costruttore	Modello	N°Serie/Matricola
Fonometro	LARSON DAVIS	L&D 824 ISM	3760
Microfono	LARSON DAVIS	L&D 2541	8403
Preamplificatore Mic		L&D PRM902	4044

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

Caglio Emilio



SIT

SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA
Italian Calibration Service



CENTRO DI TARATURA 163

Calibration Centre



Spectra Srl
Laboratorio Certificazioni

Tel.: 039 613321

Via Belvedere, 42
Arcore (MI) - Italia

039 6133235
spectra@spectra.it
www.Spectra.it

ESTRATTO DEL CERTIFICATO DI TARATURA N. 4865

Extract of Calibration Certificate No. 4865

Data di Emissione 2009/09/29
Date of Issue
Destinatario Ambiente s.c.
Addressee
Via Frassina 21
Carrara

Condizioni ambientali durante la misura

Environmental parameters during measurements

Pressione 992,2 hPa
Temperatura 22,6 °C
Umidità Relativa 45,9 %

Strumenti sottoposti a verifica

Instrumentation under test

Strumento	Costruttore	Modello	N°Serie/Matricola
Fonometro	LARSON DAVIS	L&D 824 ISM	3832
Microfono	LARSON DAVIS	L&D 2541	8455
Preamplificatore Mic		L&D PRM902	4192

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

Caglio Emilio

