

SIT**SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA**
Italian Calibration Service**CENTRO DI TARATURA 163**
Calibration Centre**Spectra Srl**

Laboratorio di Acustica

039 613321

Via Belvedere, 42
Arcore (MB)
Area Laboratori039 6133235
spectra@spectra.it
www.spectra.it**ESTRATTO DEL CERTIFICATO DI TARATURA N. 6165**

Extract of Calibration Certificate No. 6165

Data di Emissione 2010/10/14

Date of Issue

Destinatario Ambiente s.c.

Addressee Via Frassina 21

Carrara (MS)

Condizioni ambientali durante la misura

Environmental parameters during measurements

Pressione	992,7 hPa ± 0,5 hPa	(rif. 920,5 hPa ± 120,5 hPa)
Temperatura	22,6 °C ± 1,0 °C	(rif. 23,0 °C ± 3,0 °C)
Umidità Relativa	51,7 UR% ± 3 UR%	(rif. 47,5 UR% ± 22,5 UR%)


Strumenti sottoposti a verifica

Instrumentation under test

Strumento	Costruttore	Modello	N°Serie/Matricola
Calibratore	LARSON DAVIS	L&D CAL 200	6747

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

Emilio Caglio



SIT

SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA
Italian Calibration Service



CENTRO DI TARATURA 163

Calibration Centre

Spectra Srl

Laboratorio di Acustica

039 613321



Via Belvedere, 42
Arcore (MB)
Area Laboratori

039 6133235
spectra@spectra.it
www.spectra.it

ESTRATTO DEL CERTIFICATO DI TARATURA N. 6762

Extract of Calibration Certificate No. 6762

Data di Emissione 2011/04/29

Date of Issue

Destinatario Ambiente s.c.

Addressee Via Frassina 21

Carrara (MS)

Condizioni ambientali durante la misura

Environmental parameters during measurements

Pressione	988,2 hPa \pm 0,5 hPa	(rif. 1013,3 hPa \pm 120,5 hPa)
Temperatura	21,4 °C \pm 1,0 °C	(rif. 23,0 °C \pm 3,0 °C)
Umidità Relativa	40,8 UR% \pm 3 UR%	(rif. 47,5 UR% \pm 22,5 UR%)

Strumenti sottoposti a verifica


Instrumentation under test

Strumento	Costruttore	Modello	N°Serie/Matricola
Fonometro	LARSON DAVIS	L&D 831	2489
Microfono	PCB Piezotronics	PCB 377B02	123239
Preamplificatore	LARSON DAVIS	L&D PRM831	019064

Il Responsabile del Centro

Head of the Centre

Emilio Caglio



SIT**SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA**
Italian Calibration Service**CENTRO DI TARATURA 163**

Calibration Centre

Spectra Srl

Laboratorio di Acustica

039 613321

Via Belvedere, 42
Arcore (MB)
Area Laboratori039 6133235
spectra@spectra.it
www.spectra.it**ESTRATTO DEL CERTIFICATO DI TARATURA N. 6761**

Extract of Calibration Certificate No. 6761

Data di Emissione 2011/04/28

Date of Issue

Destinatario Ambiente s.c.

Addressee Via Frassina 21
Carrara (MS)**Condizioni ambientali durante la misura**

Environmental parameters during measurements

Pressione	988,9 hPa ± 0,5 hPa	(rif. 1013,3 hPa ± 120,5 hPa)
Temperatura	24,1 °C ± 1,0 °C	(rif. 23,0 °C ± 3,0 °C)
Umidità Relativa	32,8 UR% ± 3 UR%	(rif. 47,5 UR% ± 22,5 UR%)


Strumenti sottoposti a verifica

Instrumentation under test

Strumento	Costruttore	Modello	N°Serie/Matricola
Fonometro	LARSON DAVIS	L&D 831	2490
Microfono	PCB Piezotronics	PCB 377B02	122927
Preamplificatore	LARSON DAVIS	L&D PRM831	019065

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

Emilio Caglio



SIT

SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA
Italian Calibration Service



CENTRO DI TARATURA 163

Calibration Centre

Spectra Srl

Laboratorio di Acustica

039 613321



Via Belvedere, 42
Arcore (MB)
Area Laboratori

039 6133235
spectra@spectra.it
www.spectra.it

ESTRATTO DEL CERTIFICATO DI TARATURA N. 6212

Extract of Calibration Certificate No. 6212

Data di Emissione 2010/11/02

Date of Issue

Destinatario Ambiente s.c.

Addressee Via Frassina 21

Carrara (MS)

Condizioni ambientali durante la misura

Environmental parameters during measurements

Pressione	996,7 hPa \pm 0,5 hPa	(rif. 920,5 hPa \pm 120,5 hPa)
Temperatura	23,5 °C \pm 1,0 °C	(rif. 23,0 °C \pm 3,0 °C)
Umidità Relativa	47,6 UR% \pm 3 UR%	(rif. 47,5 UR% \pm 22,5 UR%)

Strumenti sottoposti a verifica

Instrumentation under test

Strumento	Costruttore	Modello	N°Serie/Matricola
Fonometro	LARSON DAVIS	L&D 831	2355
Microfono	PCB Piezotronics	PCB 377B02	117838
Preamplificatore	LARSON DAVIS	L&D PRM831	017033

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

Emilio Caglio



CENTRO DI TARATURA 163

Calibration Centre

Spectra Srl

Laboratorio di Acustica

039 613321



Via Belvedere, 42
Arcore (MB)
Area Laboratori

039 6133235
spectra@spectra.it
www.spectra.it

ESTRATTO DEL CERTIFICATO DI TARATURA N. 6211

Extract of Calibration Certificate No. 6211

Data di Emissione 2010/11/02

Date of Issue

Destinatario Ambiente s.c.

Addressee
Via Frassina 21
Carrara (MS)

Condizioni ambientali durante la misura

Environmental parameters during measurements

Pressione	991,6 hPa \pm 0,5 hPa	(rif. 920,5 hPa \pm 120,5 hPa)
Temperatura	24,1 °C \pm 1,0 °C	(rif. 23,0 °C \pm 3,0 °C)
Umidità Relativa	51,7 UR% \pm 3 UR%	(rif. 47,5 UR% \pm 22,5 UR%)

Strumenti sottoposti a verifica

Instrumentation under test

Strumento	Costruttore	Modello	N°Serie/Matricola
Fonometro	LARSON DAVIS	L&D 831	2359
Microfono	PCB Piezotronics	PCB 377B02	117990
Preamplificatore	LARSON DAVIS	L&D PRM831	017036

Il Responsabile del Centro

Head of the Centre

Emilio Caglio

