SCHEDA DI MANUTENZIONE/CALIBRAZIONE PER ANALIZZATORE DI AMMONIACA TAG: W35AT2012

Ordine di Lavoro (OdL)
Inizio attività in data: **11/10/2016** alle ore: 15

Informazioni Generali Analizzatore:

COSTRUTTORE	SWAN ANALYTICAL INSTRUMENTS
MODELLO	FAM AMMONIUM
NUMERO SERIALE	
DESCRIZIONE	Misura di Ammoniaca nelle Acque Trattate in Uscita dal CTIDA

Attività Pianificate di Manutenzione

N°	*DESCRIZIONE ATTIVITA'*	*AZIONE*	
1	Pulizia Elemento Filtrante in Aspirazione	X	
2	Controllo Funzionale Valvola di Fondo		
3	Verifica /Revisione Pompa Campionamento	☐	verifica
		☐	controllo/sostituzione membrane e rimozione residui
4	Pulizia Cella di Flusso	☐	
6	Sensori di Ammonio e Potassio:	☐	pulizia
		☐	calibrazione

	Lettura prima della taratura [ppm]		Luttura dopo la taratura [ppm]
	Ammonio	5PPM	OFFSET 30,20mV SLOPE 44,42 Mv
	Ammonio	10PPM	

8	Verifica Sensore di Temperatura:	☐

NOTE E/O ATTIVITA' SUPPLEMENTARI:
VERIFICA E TARATURA

Firma Esecutore: **hrvatin** **Firma Supervisore AEN:**