

	<p align="center">SCHEDA DI MANUTENZIONE ANALIZZATORE DI POTENZIALE REDOX</p>	
--	--	--

N° Ordine di Lavoro (OdL) _____
 Inizio attività in data: _____ 30/09/2016 _____ alle ore: _____ 10.00 _____

10.00

Informazioni generali analizzatore di rH:

COSTRUTTORE/MODELLO	STEIEL / Serie S508
TAG IMPIANTO	W35RH4214
DESCRIZIONE	REDOX CTIDA

CONTROLLI

- NO

– Metodo controllo funzionale: Buffer

- span 223 mv

Buffer	Concentrazione del campione (mv)	Temperatura del campione (°C)	Analizzatore			
			Lettura (mv)		Uscita (mA)	
			prima della taratura	dopo la taratura	prima della taratura	dopo la taratura
1	233	20	230		/	/
2						

[illegible]

Firma Esecutore: Hrvatini (Step) **Firma Supervisore AEN:** _____