

CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE

IREN ENERGIA Moncalieri



RPW - 2GT

Mod. strumento : Limas11Uv Uras26 Magnos206 ZDT ABB SpA

N. di matricola : 3.341702.8 3.342248.8 3.342249.8 P/72796/2/1

N. di componenti analiz.: NO CO O2

Componente di misura: NO Campo di misura: 0 250 mg/m3

| Matricola Bombola e data di certificazione o scadenza | Concentrazione mg/m3 | Valore misurato Prima della calib. | Errore % Fondo scala | Valore misurato Dopo calibrazione | Errore % Fondo scala | Cella di Calibraz. |
|--|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | | 212,81 |
| Aria Ambiente | 0 | 0,5 | 0,20 | 0 | 0,00 | |
| AO822 scade 01/01/2012 | 31,8 | 31 | -0,32 | 32 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | |

Componente di misura: CO Campo di misura: 0 625 mg/m3

| Matricola Bombola e data di certificazione o scadenza | Concentrazione mg/m3 | Valore misurato Prima della calib. | Errore % Fondo scala | Valore misurato Dopo calibrazione | Errore % Fondo scala | Cella di Calibraz. |
|--|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | | 522 |
| Aria Ambiente | 0 | -0,5 | -0,08 | 0 | 0,00 | |
| AO822 scade 01/01/2012 | 48,1 | 48 | -0,02 | 48 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | |

Componente di misura: O2 Campo di misura: 0 25 Vol%

| Matricola Bombola e data di certificazione o scadenza | Concentrazione Vol% | Valore misurato Prima della calib. | Errore % Fondo scala | Valore misurato Dopo calibrazione | Errore % Fondo scala | Cella di Calibraz. |
|--|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| Azoto | 0 | 0,02 | 0,08 | 0 | 0,00 | |
| Aria Ambiente | 20,96 | 21 | 0,16 | 21 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | |

Componente di misura: ZrO2 Campo di misura: 0 25 Vol%

| Matricola Bombola e data di certificazione o scadenza | Concentrazione Vol% | Valore misurato Prima della calib. | Errore % Fondo scala | Valore misurato Dopo calibrazione | Errore % Fondo scala | Cella di Calibraz. |
|--|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| Aria Ambiente | 20,96 | 21 | 0,16 | 21 | 0,00 | |
| 9-123829 scade 16/03/2016 | 1 | 0,96 | -0,16 | 1 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | |

Note:

Firma del Tecnico:

Bonora Mauro

Data:

2-dic-11