

CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE

IREN ENERGIA Moncalieri

Misure analisi 3^{GT}**Mod. strumento :** Limas11Uv Uras26 Magnos206

ABB SpA

N. di matricola : 3.350340.7 3.351434.7 3.351638.7**N. di componenti analiz.:** NO CO O2**Componente di misura:** NO**Campo di misura:**

0

500

ppm

Matricola Bombola e data di certificazione o scadenza	Concentrazione ppm	Valore misurato Prima della calib.	Errore % Fondo scala	Valore misurato Dopo calibrazione	Errore % Fondo scala	cella di calibraz.
Azoto	0	0,4	0,08	0	0,00	
D245036 scade 20/12/2012	38,1	38,6	0,10	38	0,00	
			0,00		0,00	

Componente di misura: CO**Campo di misura:**

0

1000

ppm

Matricola Bombola e data di certificazione o scadenza	Concentrazione ppm	Valore misurato Prima della calib.	Errore % Fondo scala	Valore misurato Dopo calibrazione	Errore % Fondo scala	cella di calibraz.
Azoto	0	0,8	0,08	0	0,00	
D245036 scade 20/12/2012	48,1	48,3	0,02	48	0,00	
			0,00		0,00	

Componente di misura: O2**Campo di misura:**

0

25

Vol%

Matricola Bombola e data di certificazione o scadenza	Concentrazione Vol%	Valore misurato Prima della calib.	Errore % Fondo scala	Valore misurato Dopo calibrazione	Errore % Fondo scala	cella di calibraz.
Azoto	0	0,08	0,32	0	0,00	
9223724 scade	20,9	20,97	0,28	21	0,00	
			0,00		0,00	

Note:**Firma del Tecnico:**

Bonora Mauro

Data:

1-dic-11