

**Tes Service S.r.l.**

Via della Siderurgia 27 - 72017 Ostuni (Br.)
Tel./fax 0831.330303 - 0831.334615

Certificato di taratura n°

data

Cliente :
 Oggetto :
 Modello :
 Impianto :
 Campo di misura pH :

Data di prova :
 Costruttore :
 Matricola :
 Tag :
 Classe prec. :

Soluzioni tampone di riferimento				
pH nom.	Temp. nom. °C	Coeff. temp. % / °C	N° lotto	n° certificato
4	25		16214	
7	25		16217	

Procedura applicata :

SPC,011 RA MISURATORI DI PH

pH nom.	Temp. Soluzione	pH Soluzione	PH PRIMA	PH DOPO
4	25	4	4,3	4,01
7	25	7	7,44	7,02

Tecnico Resp.

Controllo Qualità

Esito del controllo

Positivo



Negativo



**Tes Service S.r.l.**

Via della Siderurgia 27 - 72017 Ostuni (Br.)
Tel./fax 0831.330303 - 0831.334615

Certificato di taratura n°

data

05/04/2017

Cliente : ENEL di ROSSANO

Data di prova : 05/04/2017

Oggetto : Indicatore di ph

Costruttore : Hach lance

Modello : SC-200

Matricola :

Impianto : TOMBINO SCARICO A MARE - B2

Tag :

Campo di misura pH : 0-14

Classe prec. :

Soluzioni tampone di riferimento

pH nom.	Temp. nom.	Coeff. temp.	N° lotto	n° certificato
	°C	% / °C		
4	25		16214	
7	25		16217	

Procedura applicata :

SPC,011 RA MISURATORI DI PH

pH nom.	Temp. Soluzione	pH Soluzione	PH PRIMA	PH DOPO
4	25	4	4,23	4,03
7	25	7	7,22	7,02

Tecnico Resp.

Controllo Qualità

Esito del controllo

Positivo



Negativo



Cliente : Enel di Rossano (CS)	Località : Rossano Calabro (CS)	Rif. P.F.C. N° :	Rapporto N° :
Impianto : uscita POZZETTO B1	Contratto/Ordine : 6000019168	Rif. Fase N° :	Foglio / di 1 / 1

Sigla elemento/strumento :	Campo : 0-50	Tipo di cavo :	Spec. di rif. :
----------------------------	--------------	----------------	-----------------

[illegible]