

**Tes Service S.r.l.**

Via della Siderurgia 27 - 72017 Ostuni (Br.)
Tel./fax 0831.330303 - 0831.334615

Certificato di taratura n°

data

12/12/2017

Cliente : ENEL di ROSSANO
 Oggetto : Indicatore di ph
 Modello : SC-200
 Impianto : TOMBINO SCARICO A MARE - ~~B2~~
 Campo di misura pH : 0-14

Data di prova : 12/12/2017
 Costruttore : Hach lance
 Matricola :
 Tag :
 Classe prec. :

Soluzioni tampone di riferimento				
pH nom.	Temp. nom. °C	Coeff. temp. %/ °C	N° lotto	n° certificato
4	25		16214	
7	25		16217	

Procedura applicata :

SPC,011 RA MISURATORI DI PH

pH nom.	Temp. Soluzione	pH Soluzione	PH PRIMA	PH DOPO
4	25	4	4,26	4,01
7	25	7	7,3	7,02

Tecnico Resp.

Esito del controllo

Controllo Qualità

Positivo



Negativo



**Tes Service S.r.l.**

Via della Siderurgia 27 - 72017 Ostuni (Br.)
Tel./fax 0831.330303 - 0831.334615

Certificato di taratura n°

data

12/12/2017

Cliente :
 Oggetto :
 Modello :
 Impianto :
 Campo di misura pH :

Data di prova :
 Costruttore :
 Matricola :
 Tag :
 Classe prec. :

Soluzioni tampone di riferimento				
pH nom.	Temp. nom. °C	Coeff. temp. % / °C	N° lotto	n° certificato
4	25		16214	
7	25		16217	

Procedura applicata :

SPC,011 RA MISURATORI DI PH

pH nom.	Temp. Soluzione	pH Soluzione	PH PRIMA	PH DOPO
4	25	4	4,4	4,02
7	25	7	7,14	7,02

Tecnico Resp.

Esito del controllo

Controllo Qualità

Positivo

☐

Negativo

☐

☐

Cliente : Enel di Rossano (CS)	Località : Rossano Calabro (CS)	Rif. P.F.C. N° :	Rapporto N° :
Impianto : uscita POZZETTO B1	Contratto/Ordine : 6000019168	Rif. Fase N° :	Foglio / di 1 / 1

CERTIFICATO DI TARATURA - STRUMENTI DI TEMPERATURA POTENZIOMETRICI

[illegible]

