

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

RAPPORTO DI PROVA

Nr.

Pag.

di

15/25600

1

2

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

Classe: MONARIA MONITORAGGIO QUALITÀ ARIA
Materiale: CENTRALINA Q-ARIA COKERIA
Cumulativo: SI
Data Inizio Periodo: 01/05/2015
Contraddittorio: SI
Data Fine Periodo: 31/05/2015
Campionamento: Eseguito da ARPA Puglia
Met.di campionamento: UNI EN 15549:2008
Data accettazione campione: 10/06/2015
Data inizio prove: 10/06/2015
Data fine prove: 15/12/2015

IPA Q-ARIA

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova	R.M.
Benzo(a)antracene	ng/m3	16,700		Metodo interno	
Benzo(a)pirene	ng/m3	13,640		UNI EN 15549:2008	
Benzo(b+j)fluorantene	ng/m3	36,720		Metodo interno	
Benzo(k)fluorantene	ng/m3	9,790		Metodo interno	
Dibenzo(a,h)antracene	ng/m3	2,680		Metodo interno	
Indeno(1,2,3-cd)pirene	ng/m3	18,960		Metodo interno	

NOTE DI CAMPIONAMENTO

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova	R.M.
Durata Campionamento	hh	288			
Volume Campionato	m3	657,302			

NOTE AL RAPPORTO DI PROVA

"R.M.": Recupero Medio Percentuale.

"C": Dato calcolato.

"U.M.": Unità di Misura.

In caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, il recupero, ove previsto dal metodo di prova, è impiegato nei calcoli.

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai materiali oggetto di prova.

E' vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova, salvo esplicita autorizzazione del laboratorio.

Le determinazioni sottolineate, ove applicabile, si riferiscono a prove con risultati fuori specifica.

Data emissione R.P.

15/12/2015



Responsabile laboratori

Dott. A. BOVE

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
15/25600	2	2

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

Classe: MONARIA MONITORAGGIO QUALITÀ ARIA
Materiale: CENTRALINA Q-ARIA COKERIA
Cumulativo: SI
Data Inizio Periodo: 01/05/2015
Contraddittorio: SI
Data Fine Periodo: 31/05/2015
Campionamento: Eseguito da ARPA Puglia
Met.di campionamento: UNI EN 15549:2008
Data accettazione campione: 10/06/2015
Data inizio prove: 10/06/2015
Data fine prove: 15/12/2015

PARERI ED INTERPRETAZIONI

Se non diversamente specificati, i pareri e le interpretazioni si riferiscono esclusivamente ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato di prova ottenuto con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza di misura.

Determinazione analitica effettuata sul pool di 12 filtri di PM10.

Per ogni filtro è stato analizzato 1/4 dello stesso come previsto dal protocollo ARPA Puglia di cui alla nota prot. 49277 del 05/09/2013. Le concentrazioni sono state conseguentemente determinate considerando 1/4 del volume totale.

Data emissione R.P.

15/12/2015



Responsabile laboratori

Dott. A. BOVE