

AGROLAB Italia S.r.l.

Via Retrone 29/31, 36077 Altavilla Vicentina VI, Italy
Tel.: +39 0444 349040, Fax: +39 0444 349041
altavilla@agrolab.it www.agrolab.it

CR214-2019 del 24/04/2019

Agrolab Italia S.r.l., Via Retrone 29/31, 36077
Altavilla Vicentina VI

VERSALIS S.p.A.
Via Taliercio, 14
46100 MANTOVA (MN)

Oggetto: Nota in merito al documento “*Controlli QAL2 di assicurazione qualità dei sistemi di misura automatici alle emissioni secondo la norma UNI EN 14181:2015 - Camino E666*”

Egregi,

in merito al documento in oggetto, relativo a misurazioni effettuate nei giorni 16-17-18 maggio 2018 presso il camino E666, è stata riscontrata un'errata formula nel calcolo della pendenza della retta di calibrazione del parametro NOx. La norma prevede dei controlli a monte sui dati da correlare, da cui scaturisce la scelta relativa all'applicazione del metodo di calcolo dei coefficienti della retta di calibrazione. Tale scelta non è al momento automatizzata nei fogli di calcolo in uso, ma demandata all'operatore. A ciò è quindi ascrivibile la genesi dell'errore riscontrato.

La segnalazione ha portato all'apertura di un'Azione Correttiva, la AC04/19, di cui abbiamo fornito evidenza. La trattazione individuata per ridurre l'incidenza di queste problematiche è stata quella di costruire e validare fogli di calcolo ad hoc (template) che automatizzino la scelta e l'applicazione di formule secondo la normativa UNI EN 14181.

Cordiali Saluti.

AGROLAB ITALIA S.r.l.

Dr. Guido Aquario

