

## ITEM CRITICI PER L'AMBIENTE

Sigla apparecchiatura	Descrizione	Impatto ambientale correlato
AC-1600	Campionatore acque meteoriche scarico SF2	Scarichi idrici
AI-000	Analizzatore pH acqua vasca Vepal	Emissioni in atmosfera
AI-100A	Analizzatore pH acqua linea SAI1	Scarichi idrici
AI-100B	Analizzatore pH acqua linea SAI2	Scarichi idrici
AI-1601	Analizzatore pH acque meteoriche scarico SF2	Scarichi idrici
AIR-1600	Analizzatore TOC SF2	Scarichi idrici
AIR-501	Polverometro fumi punto emissione E01 (Therma)	Emissioni in atmosfera
AIR-502	Polverometro fumi punto emissione E02 (Bono)	Emissioni in atmosfera
AIR-504	Polverometro fumi punto emissione E04 (F102)	Emissioni in atmosfera
AIR-505	Polverometro fumi punto emissione E05 (F102A)	Emissioni in atmosfera
AIR-FTIR-A	Analisi emissioni caldaie	Emissioni in atmosfera
AIR-FTIR-B	Analisi emissioni forni di processo	Emissioni in atmosfera
B-210	Polmone soda fresca per lavaggio off-gas	Emissioni in atmosfera
B-211	Polmone soda esausta	Emissioni in atmosfera / Rifiuti
C-210	Colonna lavaggio off-gas	Emissioni in atmosfera
FI-201	Portata soda a C-210	Emissioni in atmosfera
FIR-501	Portata fumi punto emissione E01 (Therma)	Emissioni in atmosfera
FIR-502	Portata fumi punto emissione E02 (Bono)	Emissioni in atmosfera
FIR-504	Portata fumi punto emissione E04 (F102)	Emissioni in atmosfera
FIR-505	Portata fumi punto emissione E05 (F102A)	Emissioni in atmosfera
FQI-917	Portata gas blow down	Emissioni in atmosfera
IC14	Impianto condizionamento box SME	Emissioni in atmosfera
LI-201	Livello idrocarburi in B210	Emissioni in atmosfera
LI-206	Livello B211	Emissioni in atmosfera
LI-206I	Livello idrocarburi in B211	Emissioni in atmosfera
LI-210	Livello B210	Emissioni in atmosfera
P-01	Pompa circolazione acqua impianto Vepal	Emissioni in atmosfera
P-02	Pompa circolazione acqua impianto Vepal	Emissioni in atmosfera
P-04	Oil skimmer vasca Vepal	Emissioni in atmosfera
P-211	Pompa idrocarburi condensati	Emissioni in atmosfera
P-3S	Pompa carico soda esausta	Rifiuti
P-4S	Pompa scarico ATB e trasferimento soda fresca	Emissioni in atmosfera
PC-SME-1	PC monitoraggio SME (box)	Emissioni in atmosfera
PC-SME-2	PC monitoraggio SME (sala controllo)	Emissioni in atmosfera
Pdos07	Pompa dosatrice soda impianto Vepal	Emissioni in atmosfera
PIR-501	Pressione fumi punto emissione E01 (Therma)	Emissioni in atmosfera
PIR-502	Pressione fumi punto emissione E02 (Bono)	Emissioni in atmosfera
PIR-504	Pressione fumi punto emissione E04 (F102)	Emissioni in atmosfera
PIR-505	Pressione fumi punto emissione E05 (F102A)	Emissioni in atmosfera
Q-LS	Quadro impianto lavaggio sfiati	Emissioni in atmosfera
Q-SME	Quadro supervisione SME	Emissioni in atmosfera
Q-SME-1	Quadro supervisione SME	Emissioni in atmosfera
Q-STS	Quadro stazione soda	Emissioni in atmosfera / Rifiuti
Q-VEPAL	Quadro alimentazione Vepal	Emissioni in atmosfera
S104	Serbatoio atmosferico tetto fisso	Emissioni in atmosfera / Rifiuti
S105	Serbatoio atmosferico tetto fisso	Emissioni in atmosfera / Rifiuti
S106	Serbatoio atmosferico tetto fisso	Emissioni in atmosfera / Rifiuti
SC-913	Gas cromatografo torcia	Emissioni in atmosfera
TI-1600	Temperatura acque meteoriche scarico SF2	Scarichi idrici
TIR-501	Temperatura fumi punto emissione E01 (Therma)	Emissioni in atmosfera
TIR-502	Temperatura fumi punto emissione E02 (Bono)	Emissioni in atmosfera
TIR-504	Temperatura fumi punto emissione E04 (F102)	Emissioni in atmosfera
TIR-505	Temperatura fumi punto emissione E05 (F102A)	Emissioni in atmosfera
UPS-5	Gruppo di continuità SME	Emissioni in atmosfera
V-06	Ventilatore impianto Vepal	Emissioni in atmosfera
VEP-1	Abbattitore impianto Vepal (vasca e torre)	Emissioni in atmosfera

### MANUTENZIONE PREVENTIVA ITEM CRITICI PER L'AMBIENTE

DATA	Area	Impianto/Settore	Sigla dotazione	Descrizione dotazione	Descrizione Attività	Frequenza
03/01/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	FI-201	Portata soda a C-210	Calibrazione	Annuale
03/01/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	AI-000	Analizzatore pH acqua vasca vepal	Calibrazione	Mensile
19/01/2018	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	P-45	Pompa scarico ATB e trasferimento soda fresca	Verifica di funzionamento	Semestrale
19/01/2018	LOGISTICA	Stazione soda	P-35	Pompa carico soda esausta	Verifica di funzionamento	Semestrale
19/01/2018	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	P-211	Pompa idrocarburi condensati	Controllo lubrificante	Mensile
07/02/2018	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	P-211	Pompa idrocarburi condensati	Verifica di funzionamento	Trimestrale
12/02/2018	PRODUZIONE	Torcia e Blow-Down	FQJ-917	Portata gas blow down	Calibrazione	Annuale
13/02/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	AI-000	Analizzatore pH acqua vasca vepal	Calibrazione	Mensile
14/02/2018	LOGISTICA	Stazione soda	S106	Serbaio atmosferico tetto fisso	Manutenzione periodica	Annuale
14/02/2018	LOGISTICA	Stazione soda	S105	Serbaio atmosferico tetto fisso	Manutenzione periodica	Annuale
14/02/2018	LOGISTICA	Stazione soda	S104	Serbaio atmosferico tetto fisso	Manutenzione periodica	Annuale
23/02/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	AIR-501	Polverometro fumi punto emissione E01 (Therma)	Calibrazione	Semestrale
23/02/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	AIR-502	Polverometro fumi punto emissione E02 (Bono)	Calibrazione	Semestrale
23/02/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	AIR-503	Polverometro fumi punto emissione E04 (F102)	Calibrazione	Semestrale
23/02/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	AIR-504	Polverometro fumi punto emissione E05 (F102A)	Calibrazione	Semestrale
23/02/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	AIR-FTIR-A	Analisi emissioni caldaie	Calibrazione	Semestrale
23/02/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	AIR-FTIR-B	Analisi emissioni forni	Calibrazione	Semestrale
02/03/2018	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	P-211	Pompa idrocarburi condensati	Controllo lubrificante	Mensile
05/03/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	AI-000	Analizzatore pH acqua vasca vepal	Calibrazione	Mensile
13/03/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	IC14	Impianto condizionamento box SME	Verifica di funzionamento	Annuale
15/03/2019	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	B-210	Polmone soda fresca per lavaggio off-gas	Verifica di funzionamento	Annuale
15/03/2019	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	B-211	Polmone soda esausta	Verifica di funzionamento	Annuale
15/03/2019	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	C-210	Colonna lavaggio off-gas	Verifica di funzionamento	Annuale
21/03/2018	PRODUZIONE	Abbattimento fumi	P-01	Pompa circolazione acqua impianto Vepal	Verifica di funzionamento	Semestrale
28/03/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	AC-1600	Campionatore acque meteoriche scarico SF2	Verifica di funzionamento	Trimestrale
28/03/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	AI-1601	Analizzatore pH acque meteoriche scarico SF2	Calibrazione	Trimestrale
28/03/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	AIR-1600	Analizzatore TOC SF2	Calibrazione	Trimestrale
28/03/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	TI-1600	Temperatura acque meteoriche scarico SF2	Verifica di funzionamento	Trimestrale
06/04/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	AI-000	Analizzatore pH acqua vasca vepal	Calibrazione	Mensile
11/04/2018	PRODUZIONE	Abbattimento fumi	Pdos07	Pompa dosatrice soda impianto Vepal	Verifica di funzionamento	Annuale
11/04/2018	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	P-45	Pompa scarico ATB e trasferimento soda fresca	Controllo lubrificante	Trimestrale
11/04/2018	LOGISTICA	Stazione soda	P-35	Pompa carico soda esausta	Controllo lubrificante	Trimestrale
11/04/2018	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	P-211	Pompa idrocarburi condensati	Controllo lubrificante	Mensile
11/04/2018	PRODUZIONE	Abbattimento fumi	P-02	Pompa circolazione acqua impianto Vepal	Verifica di funzionamento	Semestrale
26/04/2018	PRODUZIONE	Abbattimento fumi	VEP-1	Abbattitore Vepal (Vasca e torre)	Pulizia periodica	Semestrale
02/05/2018	LOGISTICA	Stazione soda	S106	Serbaio atmosferico tetto fisso	Verifica di funzionamento	Trimestrale
02/05/2018	LOGISTICA	Stazione soda	S105	Serbaio atmosferico tetto fisso	Verifica di funzionamento	Trimestrale
02/05/2018	LOGISTICA	Stazione soda	S104	Serbaio atmosferico tetto fisso	Verifica di funzionamento	Trimestrale
03/05/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	AI-000	Analizzatore pH acqua vasca vepal	Calibrazione	Mensile
07/05/2018	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	P-211	Pompa idrocarburi condensati	Verifica d'integrità	Biennale
18/05/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	AIR-501	Polverometro fumi punto emissione E01 (Therma)	Verifica di funzionamento	Semestrale
18/05/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	AIR-502	Polverometro fumi punto emissione E02 (Bono)	Verifica di funzionamento	Semestrale
18/05/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	AIR-503	Polverometro fumi punto emissione E04 (F102)	Verifica di funzionamento	Semestrale
18/05/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	AIR-504	Polverometro fumi punto emissione E05 (F102A)	Verifica di funzionamento	Semestrale
18/05/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	AIR-FTIR-A	Analisi emissioni caldaie	Verifica di funzionamento	Semestrale
18/05/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	AIR-FTIR-B	Analisi emissioni forni	Verifica di funzionamento	Semestrale
07/06/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	AI-000	Analizzatore pH acqua vasca vepal	Calibrazione	Mensile
15/06/2018	PRODUZIONE	Abbattimento fumi	P-01	Pompa circolazione acqua impianto Vepal	Verifica d'integrità	Quadriennale
21/06/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	AC-1600	Campionatore acque meteoriche scarico SF2	Verifica di funzionamento	Trimestrale
21/06/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	AI-1601	Analizzatore pH acque meteoriche scarico SF2	Calibrazione	Trimestrale
21/06/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	AIR-1600	Analizzatore TOC SF2	Calibrazione	Trimestrale
21/06/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	TI-1600	Temperatura acque meteoriche scarico SF2	Verifica di funzionamento	Trimestrale
25/06/2018	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	P-211	Pompa idrocarburi condensati	Controllo lubrificante	Mensile
03/07/2018	PRODUZIONE	Torcia e Blow-Down	SC-913	Gascromatografo torcia	Calibrazione	Annuale
03/07/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	AI-000	Analizzatore pH acqua vasca vepal	Calibrazione	Mensile
04/07/2018	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	P-45	Pompa scarico ATB e trasferimento soda fresca	Verifica di funzionamento	Semestrale
04/07/2018	LOGISTICA	Stazione soda	P-35	Pompa carico soda esausta	Verifica di funzionamento	Semestrale
04/07/2018	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	P-211	Pompa idrocarburi condensati	Controllo lubrificante	Mensile
02/08/2018	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	P-211	Pompa idrocarburi condensati	Verifica di funzionamento	Trimestrale
03/08/2018	LOGISTICA	Stazione soda	S106	Serbaio atmosferico tetto fisso	Verifica di funzionamento	Trimestrale
03/08/2018	LOGISTICA	Stazione soda	S105	Serbaio atmosferico tetto fisso	Verifica di funzionamento	Trimestrale
03/08/2018	LOGISTICA	Stazione soda	S104	Serbaio atmosferico tetto fisso	Verifica di funzionamento	Trimestrale
03/08/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	AIR-501	Polverometro fumi punto emissione E01 (Therma)	Calibrazione	Semestrale
03/08/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	AIR-502	Polverometro fumi punto emissione E02 (Bono)	Calibrazione	Semestrale
03/08/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	AIR-503	Polverometro fumi punto emissione E04 (F102)	Calibrazione	Semestrale
03/08/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	AIR-504	Polverometro fumi punto emissione E05 (F102A)	Calibrazione	Semestrale
03/08/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	AIR-FTIR-A	Analisi emissioni caldaie	Calibrazione	Semestrale
03/08/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	AIR-FTIR-B	Analisi emissioni forni	Calibrazione	Semestrale
09/08/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	AI-000	Analizzatore pH acqua vasca vepal	Calibrazione	Mensile
04/09/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	AI-000	Analizzatore pH acqua vasca vepal	Calibrazione	Mensile
04/09/2018	PRODUZIONE	Trattamento acque	AI-100B	Analizzatore pH acqua linea SA12	Calibrazione	Mensile
04/09/2018	PRODUZIONE	Trattamento acque	AI-100A	Analizzatore pH acqua linea SA11	Calibrazione	Mensile
04/09/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	FIR-501	Portata fumi punto emissione E01 (Therma)	Calibrazione	Annuale
04/09/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	FIR-502	Portata fumi punto emissione E02 (Bono)	Calibrazione	Annuale
04/09/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	FIR-504	Portata fumi punto emissione E04 (F102)	Calibrazione	Annuale
04/09/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	FIR-505	Portata fumi punto emissione E05 (F102A)	Calibrazione	Annuale
04/09/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	PIR-501	Pressione fumi punto emissione E01 (Therma)	Calibrazione	Annuale
04/09/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	PIR-502	Pressione fumi punto emissione E02 (Bono)	Calibrazione	Annuale
04/09/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	PIR-504	Pressione fumi punto emissione E04 (F102)	Calibrazione	Annuale
04/09/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	PIR-505	Pressione fumi punto emissione E05 (F102A)	Calibrazione	Annuale
04/09/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	TIR-501	Temperatura fumi punto emissione E01 (Therma)	Calibrazione	Annuale
04/09/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	TIR-502	Temperatura fumi punto emissione E02 (Bono)	Calibrazione	Annuale
04/09/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	TIR-504	Temperatura fumi punto emissione E04 (F102)	Calibrazione	Annuale
04/09/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	TIR-505	Temperatura fumi punto emissione E05 (F102A)	Calibrazione	Annuale
11/09/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	PC-SME-1	PC monitoraggio SME (box)	Verifica di funzionamento	Annuale
11/09/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	PC-SME-2	PC monitoraggio SME (sala controllo)	Verifica di funzionamento	Annuale
24/09/2018	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	P-211	Pompa idrocarburi condensati	Controllo lubrificante	Mensile
28/09/2018	PRODUZIONE	Abbattimento fumi	P-01	Pompa circolazione acqua impianto Vepal	Verifica di funzionamento	Semestrale
01/10/2018	PRODUZIONE	Trattamento acque	AI-100B	Analizzatore pH acqua linea SA12	Calibrazione	Mensile
01/10/2018	PRODUZIONE	Trattamento acque	AI-100A	Analizzatore pH acqua linea SA11	Calibrazione	Mensile
01/10/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	AI-000	Analizzatore pH acqua vasca vepal	Calibrazione	Mensile
01/10/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	AC-1600	Campionatore acque meteoriche scarico SF2	Verifica di funzionamento	Trimestrale
01/10/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	AI-1601	Analizzatore pH acque meteoriche scarico SF2	Calibrazione	Trimestrale
01/10/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	AIR-1600	Analizzatore TOC SF2	Calibrazione	Trimestrale
01/10/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	TI-1600	Temperatura acque meteoriche scarico SF2	Verifica di funzionamento	Trimestrale
17/10/2018	PRODUZIONE	Abbattimento fumi	Pdos07	Pompa dosatrice soda impianto Vepal	Controllo lubrificante	Semestrale
29/10/2018	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	P-45	Pompa scarico ATB e trasferimento soda fresca	Controllo lubrificante	Trimestrale
29/10/2018	LOGISTICA	Stazione soda	P-35	Pompa carico soda esausta	Controllo lubrificante	Trimestrale
29/10/2018	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	P-211	Pompa idrocarburi condensati	Controllo lubrificante	Mensile
30/10/2018	PRODUZIONE	Abbattimento fumi	P-02	Pompa circolazione acqua impianto Vepal	Verifica di funzionamento	Semestrale



## MANUTENZIONE PREVENTIVA ITEM CRITICI PER L'AMBIENTE

DATA	Area	Impianto/Settore	Sigla dotazione	Descrizione dotazione	Descrizione Attività	Frequenza
07/11/2018	PRODUZIONE	Abbattimento fumi	VEP-1	Abbattitore Vepal (Vasca e torre)	Pulizia periodica	Semestrale
08/11/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	AIR-501	Polverometro fumi punto emissione E01 (Therma)	Verifica di funzionamento	Semestrale
08/11/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	AIR-502	Polverometro fumi punto emissione E02 (Bono)	Verifica di funzionamento	Semestrale
08/11/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	AIR-503	Polverometro fumi punto emissione E04 (F102)	Verifica di funzionamento	Semestrale
08/11/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	AIR-504	Polverometro fumi punto emissione E05 (F102A)	Verifica di funzionamento	Semestrale
08/11/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	AIR-FTIR-A	Analisi emissioni caldaie	Verifica di funzionamento	Semestrale
08/11/2018	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	AIR-FTIR-B	Analisi emissioni forni	Verifica di funzionamento	Semestrale
12/11/2018	LOGISTICA	Stazione soda	S106	Serbatoio atmosferico tetto fisso	Verifica di funzionamento	Trimestrale
12/11/2018	LOGISTICA	Stazione soda	S105	Serbatoio atmosferico tetto fisso	Verifica di funzionamento	Trimestrale
12/11/2018	LOGISTICA	Stazione soda	S104	Serbatoio atmosferico tetto fisso	Verifica di funzionamento	Trimestrale
13/11/2018	PRODUZIONE	Trattamento acque	AI-100B	Analizzatore pH acqua linea SAI2	Calibrazione	Mensile
13/11/2018	PRODUZIONE	Trattamento acque	AI-100A	Analizzatore pH acqua linea SAI1	Calibrazione	Mensile
13/11/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	AI-000	Analizzatore pH acqua vasca vepal	Calibrazione	Mensile
27/11/2018	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfiati	P-211	Pompa idrocarburi condensati	Verifica di funzionamento	Trimestrale
14/12/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	AC-1600	Campionatore acque meteoriche scarico SF2	Verifica di funzionamento	Trimestrale
14/12/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	AI-1601	Analizzatore pH acque meteoriche scarico SF2	Calibrazione	Trimestrale
14/12/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	AIR-1600	Analizzatore TOC SF2	Calibrazione	Trimestrale
14/12/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	TI-1600	Temperatura acque meteoriche scarico SF2	Verifica di funzionamento	Trimestrale
17/12/2018	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfiati	P-211	Pompa idrocarburi condensati	Controllo lubrificante	Mensile
24/12/2018	PRODUZIONE	Trattamento acque	AI-100A	Analizzatore pH acqua linea SAI1	Calibrazione	Mensile
24/12/2018	PRODUZIONE	Trattamento acque	AI-100B	Analizzatore pH acqua linea SAI2	Calibrazione	Mensile
24/12/2018	PRODUZIONE	Centrale termica	AI-000	Analizzatore pH acqua vasca vepal	Calibrazione	Mensile

**STORICO ANOMALIE SU ITEM CRITICI PER L'AMBIENTE**

DATA DELLA RICHIESTA	N° DELLA RICHIESTA	AREA	SIGLA APPARECCHIATURA	DESCRIZIONE APPARECCHIATURA	IMPATTO AMBIENTALE CORRELATO	DESCRIZIONE DELL'EVENTO / TIPO DI MALFUNZIONAMENTO	DATA CHIUSURA	STATO
05/01/2018	18MG00007	Centrale termica	VEP-1	Abbattitore Vepal (Vasca e Torre)	Emissioni in atmosfera	Galleggiante reintegro acqua a vasca Vepal rotto	30/01/2018	Completato
12/01/2018	18MG00011	Impianto distillazione	SC-913	Gasromatografo torcia	Emissioni in atmosfera	Lo strumento è starato o rotto. I valori analitici emessi non giustificano l'andamento delle bonifiche effettuate: il giorno 8 (nel pomeriggio) pur con collettori BD ancora in atmosfera di metano la concentrazione di metano registrata è sta prossima allo 0	31/01/2018	Completato
07/02/2018	18MG00048	Impianto distillazione	SC-913	Gasromatografo torcia	Emissioni in atmosfera	Non è possibile collegarsi all'analizzatore dal PC del capoturno	13/02/2018	Completato
20/02/2018	18MG00084	Centrale termica	Pdos07	Pompa dosatrice impianto Vepal	Emissioni in atmosfera	La dosatrice in marcia non manda soda nella vasca	28/02/2018	Completato
28/02/2018	18MG00114	Centrale termica	AI-100A	Analizzatore pH acqua linea SAI1	Scarichi idrici	Rottura con conseguente uscita d'acqua da strumentazione, dovuta probabilmente al gelo. Intercettato linee di prelievo acqua per analisi pH e temperatura e aperto spurgo all'aria per misura antigelo (monitori).	02/03/2018	Completato
23/03/2018	18MG00177	Centrale termica	AI-100B	Analizzatore pH acqua linea SAI2	Scarichi idrici	Strumento starato: il pHmetro segna erroneamente 11,8 (l'analisi di laboratorio da 7,8)	29/03/2018	Completato
15/05/2018	18MG00280	Logistica	S105	Serbatoio atmosferico a tetto fisso	Rifiuti	Si richiede smontaggio tubazione in prossimità della guardia idraulica del S105 causa otturazione linea	08/06/2018	Completato
08/06/2018	18MG00317	Centrale termica	VEP-1	Abbattitore Vepal (Vasca e Torre)	Emissioni in atmosfera	Il galleggiante risulta danneggiato. La valvola non chiude più	12/06/2018	Completato
24/07/2018	18MG00399	Centrale termica	V-06	Ventilatore impianto Vepal	Emissioni in atmosfera	Cinghia rumorosa	27/07/2018	Completato
16/08/2018	18MG00435	Centrale termica	AI-100B	Analizzatore pH acqua linea SAI2	Scarichi idrici	Strumento starato	23/08/2018	Completato
20/08/2018	18MG00442	Centrale termica	FI-201	Portata soda a C-210	Scarichi idrici	Strumento FT201 va in bade (fuori range) senza motivo	29/10/2018	Completato
24/08/2018	18MG00455	Centrale termica	V-06	Ventilatore impianto Vepal	Emissioni in atmosfera	Cinghia rumorosa	30/08/2018	Completato
30/08/2018	18MG00465	Centrale termica	P-01	Pompa circolazione acqua impianto Vepal	Emissioni in atmosfera	Perdita da tubo di mandata in pvc	07/09/2018	Completato
07/09/2018	18MG00484	Centrale termica	P-02	Pompa circolazione acqua impianto Vepal	Emissioni in atmosfera	Pompa rumorosa	11/09/2018	Completato
13/11/2018	18MG00656	Impianto distillazione	P-211	Pompa idrocarburi condensati	Emissioni in atmosfera	Pompa non manda aspirazione mandata provata con H2O e vapore	14/09/2018	Completato
14/11/2018	18MG00659	Impianto distillazione	B-211	Polmone soda esausta	Emissioni in atmosfera	LSH_211 va in allarme senza motivo	16/11/2018	Completato
22/11/2018	18MG00699	Centrale termica	VEP-1	Abbattitore Vepal (Vasca e Torre)	Emissioni in atmosfera	Ventilatore fumi non funzionante	27/11/2018	Completato
07/12/2018	18MG00726	Centrale termica	AI-100A	Analizzatore pH acqua linea SAI1	Scarichi idrici	Non si legge il valore del pH, rimane nella pagina della temperatura	11/12/2018	Completato