

B5016087

Rivoira Gas S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rivoira S.p.A.
Cap. Soc. € 38.910.000 i.v.
R.l. di Milano / C.F. / P.IVA 08418350966
Rea di Milano n.2024603

Sede Legale
Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano
Tel. 02771191 - Fax 0277119601
Servizio clienti 199.133.133*
PEC: rivoiragas@pec.it
e-mail: contact_rivoira@praxair.com
www.rivoiragas.com

26/05/2015

Spett.le

CESI S.P.A.
Via Nino Bixio 39
29121 PIACENZA
PC

Indirizzo di consegna
Certificato di analisi n.
Riferimento del cliente
Tipo di miscela

Via Nino Bixio 39 29121 PIACENZA (PC)
2352 (25362 / 81395)
Contratto 4600000360
ARIA 5.5 ZERO B.TTE

Data ordine cliente 11/05/2015
Gas Miscela Certificate

Certificato di analisi

Componenti	Richiesta	Valore certificato
ARIA	>= 99,9995 %mol	= 99,9998
Altre impurezze		
Titolo O2	=	20,90 %mol +/-1%
Idrocarburi Totali	<	0,1 ppmol /
ANIDRIDE CARBONICA	<	0,1 ppmol /
ACQUA	<	2 ppmol /

La garanzia di stabilità è riferita alla specifica e non ai valori analitici dichiarati.

Classificazione ADR 1002 ARIA COMPRESSA,2.2,(E) IN BOMBOLE 1002 AIR COMPRESSED,2.2,(E) IN CYLS

Scheda di sicurezza n. 000A-RG Codice per preparazione ISO 6142 Codice per analisi ISO 6143

Riferibilità La catena di riferibilità ha inizio dai pesi utilizzati per la taratura (certificato SIT n° 725/11)

Note

Analista **Andrea Tesio** Data analisi **25/05/2015**
Garanzia di stabilità fino al **25/05/2018**
Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio **-10 °C** Pressione minima di utilizzo **10% Press. B.la**
Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio **50 °C**
Capacità b.la (l) **14,0** Pressione b.la (bar abs) **200,00** Contenuto b.la. **2,80 m3**
Matricola **EAV170** Barcode **12121112**

Rivoira Gas S.r.l. - Il responsabile del laboratorio