



Kalibrationszertifikat
Certificate of Calibration
Certificat de calibration
Certificato di Calibrazione

Wir bestätigen hiermit, dass das Prüfmittel für Chematest (Art.-No. A85.124.400) mit der Seriennummer 672 am Chematest 20/25 mit der Seriennummer 6258 kalibriert wurde.
Der exakt gemessene Wert in mg/l (gemessen auf Parameter C1, @20°C) wurde auf die farbige Küvette geschrieben.
Wert: 0.95 mg/l

We certify herewith, that Verification Control Set (P.N. A85.124.400) with serial-number 672 has been calibrated on the Chematest 20/25 with serial-no 6258.
The exact value of the measurement in mg/l (measured on parameter C1, @20°C) has been marked on the colored cuvette.
Value: 0.95 mg/l

Nous certifions que le jeu de vérification (Art.-No. A85.124.400) avec le numéro de série 672 est calibré avec le Chematest 20/25, no. de série 6258.
Le valeur exacte en mg/l (mesuré sur paramètre C1, @20°C) est marqué sur la cuvette colorée
Valeur: 0.95 mg/l

Certifichiamo che il Kit di Verifica (P/N A-85.124.400) con il numero di serie 672 è stato calibrato sul Chematest 20/25 con numero di serie 6258.
Il valore esatto della misura in mg/l (misurato sul parametro C1, @20°C) è riportato sull'etichetta della cuvetta colorata.
Valore: 0.95 mg/l

Genova 12.06.2018

Swan Analitica srl
Valentina Zani

CT_06_2018