

Certificato di Calibrazione

Si certifica che il

Fotometro Chematest 20S, Numero di Serie 6258

è stato testato e calibrato secondo i nostri standard e che si attiene alle nostre specifiche:

Strumento di Riferimento: Chematest20, S/N 8844	Fotometro CT20 S/N 6258	Esito da Specifica
Valore di Riferimento (ppm)	Valore Misurato (ppm)	
0,07	0,07	Superato
0,16	0,15	Superato
0,30	0,29	Superato
0,54	0,53	Superato
0,94	0,93	Superato

Specifiche Chematest 20 / 25

Parametro	Range di Misura (mg/l)	Accuratezza
Cloro, basso range	0.00 - 2.49	± 1% (del fondo scala)
Cloro, medio range	2.49 - 4.9	± 2,5%
Cloro, alto range	4.9 - 10	± 5%

I metodi di misura utilizzati per la verifica seguono:

Standard Method for Examination of Water and Waste Water, 22° Edizione, 2012".

Genova **12.06.2018**

Dott. Valentina Zani

Service SWAN Analitica srl