

RELAZIONE TECNICA

n° 251120_AV_IPLBUS

TECNICO: Andrea Vaj

MATRICOLA: 19419

ABB N° PROGETTO: 1200119066

PERSONA RIFERIMENTO DEL CLIENTE: Raffaele Dacà

CLIENTE: IPLOM S.p.A.

IMPIANTO: Raffineria di Busalla - Forno F1402

SISTEMA: S.M.E. - E13A

APPARTO: Analizzatore LGR GLA231 H2SN

CAUSALE:

☐ MANUTENZIONE

☐ CORRETTIVA

☐ GARANZIA

☒ AVVIAMENTO

MESE		ORE ATTIVITA'					DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'			
NOVEMBRE							Analizzatore LGR GLA231 H2SN s/n: 3K430000006953			
GIORNO		VIAGGIO	ORDIN.	STRAORD.	NOTTURNE	ASSENZA	Attività svolte:			
1							- E' stato verificato lo stato funzionale del sistema di analisi.			
2							- E' stata verificata la configurazione dell'analizzatore.			
3							- E' stata effettuata la verifica di accuratezza (Zero e Span).			
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24		3.0	5.0							
25		3.0	5.0							
26										
27										
28										
29										
30										
31										
TOTALE		6.0	10.0	0.0	0.0	0.0	Il sistema viene lasciato in corretto funzionamento e perfetto stato.			

DATA: 25/11/2020

DATA: 25/11/2020

PAGINA:

1/1