



SERVICE REPORT

No. SR211118

Page: 1 di 1

Data: 18-11-21

CUSTOMER: BASELL

CUSTOMER REF: Vs ordine n° 4403544247

SITE: Impianti di Brindisi

INSTRUMENT MODEL: Misuratore di portata torce Mod. GF868 e di portata Acqua mod. XMT868i e AT868

TAG: FT-6123; FRA6102; FRA7301; FRA7203

ACTIVITY: (sign all that apply).

Repair Start Up Training Demo Measurement **XX Check / Validation**

DATE	TRAVEL TIME	WORK TIME	KM
17-11-21	0	8	-----
18-11-21	0	8	-----
19-12-20	6	0	-----

E' stata eseguita con esito positivo la validazione / calibrazione dei misuratori di portata sopra citati.

Per ogni strumento, sono stati registrati i dati di diagnostica e le forme d'onda ultrasonore. Tutti gli strumenti rientrano nella norma. Si lasciano gli strumenti in servizio e perfettamente funzionanti.

NOTA: FT6102 visto gli spazi a disposizione, l'installazione dei sensori sulla tubazione è obbligata a una misura fissa di 350 mm anzichè 420 mm (calcolata dallo strumento). La geometria stessa della tubazione non lineare provoca delle turbolenze che comportano una oscillazione sulla misura di portata.

Si consiglia di relocare lo strumento in una posizione dove siano rispettati 10 diametri a monte e 5 diametri a valle di tratto rettilineo.

BH

Stefano Rota

CUSTOMER

Francesco De Caro