

**CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE**

ABB Spa

Tipo di Strumento: **GAS CROMATOGRAFO**Modello: **PGC5000**Tag: **AT-601**N° componenti analizzati: **9****Dati Bombola Campione**Marca **BOC** Matricola **269096** Scadenza **19/02/2022****Dati di Calibrazione**

Componente Analizzato	Concentrazione Bombola	Valore misurato Prima della calib.	Errore % Fondo scala	Valore misurato Dopo calibrazione	Errore % Fondo scala
<b>OVEN-1</b>					
N2	46,387	46,019	-0,793	46,387	0,000
H2	9,978	9,97	-0,080	9,978	0,000
C2-	9,962	9,859	-1,034	9,965	0,030
C2+	2,005	1,995	-0,499	2,005	0,000
C3+	19,970	20,312	1,713	19,987	0,085
C3-	10,170	10,352	1,790	10,181	0,108
N-C6	0,247	0,248	0,405	0,248	0,405
C6-1	0,249	0,25	0,402	0,248	-0,402
B-1	1,032	1,047	1,453	1,036	0,388
<b>OVEN-2</b>					
N2	46,387	46,396	0,019	46,384	-0,006
H2	9,978	9,979	0,010	9,98	0,020
C2-	9,962	9,901	-0,612	9,962	0,000
C2+	2,005	2,019	0,698	2,004	-0,050
C3+	19,970	20,627	3,290	19,966	-0,020
C3-	10,170	10,537	3,609	10,166	-0,039
N-C6	0,247	0,261	5,668	0,251	1,619
C6-1	0,249	0,253	1,606	0,249	0,000
B-1	1,032	1,069	3,585	1,032	0,000

**Note:****Firma del Tecnico:**  
Ugo Caia**Data:**

14/10/2021