



### Allegato 3 - IAR O2 - Rapporto di Prova n°: AST 25-2021

LASVIL Sezione emissioni

Num misure	Sistema 1 riferimento O2 (%)	Sistema AMS O2 (%) Dati forniti dal cliente
1	15.58	15.6
2	15.58	15.6
3	15.67	15.6
4	15.66	15.6
5	15.63	15.6

IAR

99.56

Test positivo (IAR >=80%)

Firma del Responsabile del Laboratorio

ING. ALBERTO ALAGNA



lar
94.93

Firma del Responsabile del Laboratorio

John H. H.