



**Allegato 3 - IAR O2 - Rapporto di Prova n°: AST 24-2021**  
LASVIL Sezione emissioni

Num misure	Sistema 1 riferimento O2 (%)	Sistema AMS O2 (%) Dati forniti dal cliente
1	15.52	15.6
2	15.48	15.5
3	15.56	15.6
4	15.50	15.5
5	15.49	15.5

IAR
99.57

**Test positivo (IAR >=80%)**

Firma del Responsabile del Laboratorio

ING. ALBERTO ALAGNA



**Allegato 3 - IAR Portata fumi - Rapporto di Prova n°: AST 24-2021**  
LASVIL Sezione emissioni

Num misure	Sistema 1 riferimento (Nm3/h)	Sistema 2 AMS (Nm3/h) Dati forniti dal cliente
1	127586.30	134396.6
2	135493.00	143048.2
3	133547.00	138996.6
4	131496.00	142233.5
5	136469.00	141789.2

IAR
92.55

Test positivo (IAR >=80%)

Firma del Responsabile del Laboratorio

ING. ALBERTO ALAGNA