

MATERIALE DI RIFERIMENTO NIST 2702

PROVA M1

PESO(G)	0,5099
---------	--------

PROVA M2

PESO (G)	0,5069
----------	--------

VOLUME DIGESTATO (L)	0,05
----------------------	------

CRITERIO ACCETTABILITA' 80-120 % DEL VALORE CERTIFICATO**CRITERIO ACCETTABILITA' DIFFERENZA PERCENTUALE TRA DUE VALORI 20%**

ANALITA	M1 mg/L	M2 mg/L
Cadmio	0,007	0,007
Cobalto	0,331	0,297
Cromo	3,408	3,077
Piombo	1,35	1,244
Nichel	0,703	0,645
Vanadio	3,594	3,228
Zinco	4,584	4,11
Manganese	17,71	15,95
Arsenico	0,393	0,371

M1 mg/Kg	M2 mg/Kg	Valore medio	Diff. %	ESITO	V.CERTIFICATO	Recupero %	ESITO
0,69	0,69	0,69	0,6	POSITIVO	0,817	84	POSITIVO
32,46	29,30	30,88	10,2	POSITIVO	27,76	111	POSITIVO
334,18	303,51	318,85	9,6	POSITIVO	352	91	POSITIVO
132,38	122,71	127,54	7,6	POSITIVO	132,8	96	POSITIVO
68,94	63,62	66,28	8,0	POSITIVO	75,4	88	POSITIVO
352,42	318,41	335,41	10,1	POSITIVO	357,6	94	POSITIVO
449,50	405,41	427,45	10,3	POSITIVO	485,3	88	POSITIVO
1736,62	1573,29	1654,95	9,9	POSITIVO	1757	94	POSITIVO
38,54	36,59	37,57	5,2	POSITIVO	45,3	83	POSITIVO

ELLA DILUIZIONE SU METALLI AD ELEVATA CONCENTRAZIONE

campione diluito 10 V	mg/L
Zinco	0,42
Manganese	1,555
Cromo	0,334

mg/Kg	V.CERTIFICATO	Recupero %	ESITO
414,28	485,3	85	POSITIVO
1533,83	1757	87	POSITIVO
329,45	352	94	POSITIVO

data 06/05/2021

ESITO COMPRESSIVO PROVE: POSITIVO