



Allegato 3 - IAR O2 - Rapporto di Prova n°: AST 31-2022
LASVIL Sezione emissioni

Num misure	Sistema 1 riferimento O2 (%)	Sistema AMS O2 (%) Dati forniti dal cliente
1	16.12	15.6
2	15.98	15.6
3	16.06	15.7
4	16.08	15.7
5	16.10	15.7

IAR
96.96

Test positivo (IAR >=80%)

Firma del Responsabile del Laboratorio

ING. ALBERTO ALAGNA



Allegato 3 - IAR Portata fumi - Rapporto di Prova n°: AST 31-2022
LASVIL Sezione emissioni

Num misure	Sistema 1 riferimento (Nm3/h)	Sistema 2 AMS (Nm3/h) Dati forniti dal cliente
1	120208.00	106857.0
2	117162.00	106602.3
3	113274.00	104231.6
4	111277.00	104496.3
5	111578.00	104265.7

IAR
88.92

Test positivo (IAR >=80%)

Firma del Responsabile del Laboratorio

ING. ALBERTO ALAGNA