



Allegato 3 - IAR O2 - Rapporto di Prova n°: AST 33-2022
LASVIL Sezione emissioni

Num misure	Sistema 1 riferimento O2 (%)	Sistema AMS O2 (%) Dati forniti dal cliente
1	15.75	15.6
2	15.75	15.6
3	15.80	15.7
4	15.88	15.7
5	15.88	15.7

IAR
98.80

Test positivo (IAR >=80%)

Firma del Responsabile del Laboratorio

ING.ALBERTO ALAGNA



Allegato 3 - IAR Portata fumi - Rapporto di Prova n°: AST 33-2022
LASVIL Sezione emissioni

Num misure	Sistema 1 riferimento (Nm3/h)	Sistema 2 AMS (Nm3/h) Dati forniti dal cliente
1	105826.00	101429.0
2	103498.00	98839.1
3	103141.00	97419.8
4	100920.00	93569.4
5	100972.00	92668.8

IAR
92.03

Test positivo (IAR >=80%)

Firma del Responsabile del Laboratorio

ING.ALBERTO ALAGNA