

CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE

ABB Spa

Tipo di Strumento: **GAS CROMATOGRAFO**Modello: **PGC5000**Tag: **AT-601**N° componenti analizzati: **9****Dati Bombola Campione**Marca **SAPIO** Matricola **8654A** Scadenza **01/02/2025****Dati di Calibrazione**

Componente Analizzato	Concentrazione Bombola	Valore misurato Prima della calib.	Errore % Fondo scala	Valore misurato Dopo calibrazione	Errore % Fondo scala
OVEN-1					
N2	46,508	46,603	0,204	46,502	-0,013
H2	9,99	10,020	0,300	9,988	-0,020
C2-	10,07	10,120	0,497	10,071	0,010
C2+	2,08	2,093	0,625	2,081	0,048
C3+	19,88	19,950	0,352	19,87	-0,050
C3-	9,95	10,010	0,603	9,97	0,201
N-C6	0,272	0,269	-1,103	0,274	0,735
C6-1	0,25	0,247	-1,200	0,248	-0,800
B-1	1	0,990	-1,000	0,995	-0,500
OVEN-2					
N2	46,508	46,61	0,219	46,496	-0,026
H2	9,99	10,033	0,430	9,993	0,030
C2-	10,07	10,131	0,606	10,066	-0,040
C2+	2,08	2,091	0,529	2,085	0,240
C3+	19,88	20,02	0,704	19,871	-0,045
C3-	9,95	10,013	0,633	9,939	-0,111
N-C6	0,272	0,274	0,735	0,2723	0,110
C6-1	0,25	0,252	0,800	0,2487	-0,520
B-1	1	1,003	0,300	1	0,000

Note:**Firma del Tecnico:**
Ugo Cala**Data:**

12/05/2022