

**CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE**

ABB Spa

Tipo di Strumento: **GAS CROMATOGRAFO**Modello: **PGC5000**Tag: **AT-601**N° componenti analizzati: **9****Dati Bombola Campione**Marca **SAPIO** Matricola **8654A** Scadenza **01/02/25****Dati di Calibrazione**

Componente Analizzato	Concentrazione Bombola	Valore misurato Prima della calib.	Errore % Fondo scala	Valore misurato Dopo calibrazione	Errore % Fondo scala
<b>OVEN-1</b>					
N2	46.508	46.048	-0.989	46.527	0.041
H2	9.99	10.201	2.112	9.999	0.090
C2-	10.07	9.978	-0.914	10.077	0.070
C2+	2.08	2.086	0.288	2.085	0.240
C3+	19.88	19.749	-0.659	19.907	0.136
C3-	9.95	9.892	-0.583	9.966	0.161
N-C6	0.272	0.279	2.574	0.274	0.735
C6-1	0.25	0.254	1.600	0.254	1.600
B-1	1	0.997	-0.300	0.998	-0.200
<b>OVEN-2</b>					
N2	46.508	46.291	-0.467	46.543	0.075
H2	9.99	10.27	2.803	9.993	0.030
C2-	10.07	9.997	-0.725	10.08	0.099
C2+	2.08	2.075	-0.240	2.083	0.144
C3+	19.88	19.563	-1.595	19.907	0.136
C3-	9.95	9.796	-1.548	9.968	0.181
N-C6	0.272	0.276	1.471	0.276	1.471
C6-1	0.25	0.257	2.800	0.247	-1.200
B-1	1	0.991	-0.900	1.012	1.200

**Note:****Firma del Tecnico:**  
Ugo Cata**Data:**

19/10/22